


# L'INTUBATION

## LE PLATEAU D'INTUBATION A PREPARER

**Sondes d'intubations stériles** à usage unique de différentes tailles :

- Diam 7,5 - 9 : homme. Diam 7 - 8 : femme. Diam 6,5 - 7,5 : adolescent. Diam 5 - 6,5 : enfant.
- Sondes sans ballonnet : pour un diamètre de sonde < 5 afin d'éviter les lésions de la trachée :
- Diamètre 4 - 5 : jeune enfant. Diamètre 2,5 - 4 : nourrisson.



- **Laryngoscope + sa lame**



- Taille 3 et 4 : adulte Taille 2 : enfant. Taille 1 : nourrisson .
- **Seringue de 10 ml.** avec de l'eau de préférence



- **Pince de Magill** : permet de diriger la sonde endotrachéale dans le larynx et faciliter sa direction dans la trachée.



- **Mandrin souple de heichman**: permet de modifier la courbure de la sonde d'intubation
- **cordon de fixation** pour la sonde d'intubation.

- **Matériel d'oxygénation :**

- Bouteille oxygène.
- BAVU avec masque adapté à la morphologie du patient
- Respirateur avec cordon le reliant à la bouteille d'O2 et circuit patient.

- **Matériel d'aspiration :**

- **Autre matériel :**

- Stéthoscope. .
- Gans non stérile à usage unique.
- Sac à élimination des déchets.
- Nécessaire à l'hygiène des mains.